

ROZEZNANIE RYNKU 131/2024 z 20.09.2024
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PREAMBUŁA

W związku z realizacją projektu pod tytułem "Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids", przez BS Biotechna SA, w ramach umowy nr 2022/ABM/06/00005-00 o dofinansowanie Projektu komercyjnego w ramach Konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych i związkach drobnocząsteczkowych Zamawiający dokonuje rozeznania rynku dot. kosztów zakupu pipet, końcówek do pipet oraz próbek.

2. ZAMAWIAJĄCY:

BS Biotechna Spółka Akcyjna,
ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków
NIP 9452226486

3. OPIS ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO ROZEZNANIEM RYNKU NR 131/2024:

Przedmiot zamówienia stanowi usługa zakupu zgodnie z podaną poniżej specyfikacją:

1. Pipeta automatyczna 0,5 – 10 μ L - typu Eppendorf Research® plus

- 1-kanal
- 0,5 – 10 μ L, szary pośredni, zmienna objętość
- rodzaj pipetowania - system poduszki powietrznej
- skok objętości 0,01 μ m
- tryb pracy mechaniczny
- sprężynujący stożek końcowy
- Przypadkowy błąd pomiaru:

0,5 μ L: $\pm$ 5%; $\pm$ 0,025 μ L

1 μ L: $\pm$ 1,8%; $\pm$ 0,018 μ L

5 μ L: $\pm$ 0,8%; $\pm$ 0,04 μ L

10 μ L: $\pm$ 0,4%; $\pm$ 0,04 μ L

- Błąd systematyczny pomiaru:

0,5 μ L: $\pm$ 8%; $\pm$ 0,04 μ L

1 μ L: $\pm$ 2,5%; $\pm$ 0,025 μ L



5 μL : $\pm 1,5\%$; $\pm 0,075 \mu\text{L}$

10 μL : $\pm 1\%$; $\pm 0,1 \mu\text{L}$

- Autoklawowalne : Tak
- oznakowanie ACT : Tak
- Otwarty system (materiały zużywalne innych producentów) : tak

2. Pipeta automatyczna 10 – 100 μL typu Eppendorf Research® plus

- 1-kanal
- 0,5 – 10 μL , żółty, zmienna objętość
- rodzaj pipetowania - system poduszki powietrznej
- skok objętości 0,1 μm
- tryb pracy mechaniczny
- Przypadkowy błąd pomiaru:

10 μL : $\pm 1\%$; $\pm 0,1 \mu\text{L}$

50 μL : $\pm 0,3\%$; $\pm 0,15 \mu\text{L}$

100 μL : $\pm 0,2\%$; $\pm 0,2 \mu\text{L}$

- Błąd systematyczny pomiaru:

10 μL : $\pm 3\%$; $\pm 0,3 \mu\text{L}$

50 μL : $\pm 1\%$; $\pm 0,5 \mu\text{L}$

100 μL : $\pm 0,8\%$; $\pm 0,8 \mu\text{L}$

- Autoklawoalne : Tak
- Oznakowanie ACT : Tak

Otwarty system (materiały zużywalne innych producentów) : tak

3. Pipeta automatyczna 20 – 200 μL - typu Eppendorf Research® plus 20 – 200 μL

- 20– 200 μL , żółty , zmienna objętość
- rodzaj pipetowania - system poduszki powietrznej
- skok objętości 0,2 μm
- tryb pracy mechaniczny
- sprężynujący stożek końcowy
- Przypadkowy błąd pomiaru:

20 μL : $\pm 0,7\%$; $\pm 0,14 \mu\text{L}$

100 μL : $\pm 0,3\%$; $\pm 0,3 \mu\text{L}$

200 μL : $\pm 0,2\%$; $\pm 0,4 \mu\text{L}$



- Błąd systematyczny :

20 μL : $\pm 2,5\%$; $\pm 0,5 \mu\text{L}$

100 μL : $\pm 1\%$; $\pm 1 \mu\text{L}$

200 μL : $\pm 0,6\%$; $\pm 1,2 \mu\text{L}$

- Autoklawoalne : Tak
- Oznakowanie ACT : Tak
- Otwarty system (materiały zużywalne innych producentów) : tak

4. Pipeta automatyczna plus 100 – 1000 μL - typu Eppendorf Research® plus 100 – 1000 μL

- 100 – 1 000 μL , niebieski, zmienna objętość
- rodzaj pipetowania - system poduszki powietrznej
- skok objętości 1 μm
- tryb pracy mechaniczny
- sprężynujący stożek końcowy
- Przypadkowy błąd pomiaru:

100 μL : $\pm 0,6\%$; $\pm 0,6 \mu\text{L}$

500 μL : $\pm 0,2\%$; $\pm 1 \mu\text{L}$

1000 μL : $\pm 0,2\%$; $\pm 2 \mu\text{L}$

- Błąd systematyczny pomiaru

100 μL : $\pm 3\%$; $\pm 3 \mu\text{L}$

500 μL : $\pm 1\%$; $\pm 5 \mu\text{L}$

1000 μL : $\pm 0,6\%$; $\pm 6 \mu\text{L}$

- Otwarty system (materiały zużywalne innych producentów) : tak
- Autoklawoalne : Tak

Oznakowanie ACT : Tak

5. Tipsy - do pipet typu epT.I.P.S.® Standard

- 0,1 – 10 μL , 34 mm,
- ciemnoszary,
- końcówki bezbarwne
- autoklawowalne w 121 °C przez 20 min.
- ilość : 1000 sztuk

6. Tipsy - do pipet typu epT.I.P.S.® Standard

- 2 – 200 µL, 53 mm,
- żółty,
- końcówki bezbarwne
- autoklawowalne w 121 °C przez 20 min.
- ilość 1 000

7. Tipsy - do pipet typu epT.I.P.S.® Standard

- 50 – 1 000 µL, 71 mm,
- niebieski,
- końcówki bezbarwne
- autoklawowalne w 121 °C przez 20 min.
- ilość 1000

8. Próbkówki typu Eppendorf

- posiadające pokrywkę z zawiasem
- 1.5 mL
- ilość 1000 sztuk
- Matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiający opisywanie próbek
- Funkcjonalność zapewniona w zakresie od -86 °C do 100 °C
- Autoklawowalne po otwarciu (121 °C, 20 min)

9. Próbkówki typu Eppendorf

- posiadające pokrywkę z zawiasem
- 2 mL
- ilość 1000 sztuk
- Matowa powierzchnia i pokrywka ułatwiający opisywanie próbek
- Funkcjonalność zapewniona w zakresie od -86 °C do 100 °C
- Autoklawowalne po otwarciu (121 °C, 20 min)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kody CPV:

38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

33192500-7 Probówki

W przypadku, gdy w opisie lub wymagach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one

zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.

4. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć mailowo na adres: oferty@bsbiotechna.com w terminie 7 dni licząc od daty publikacji rozeznania rynku tj. do 27.09.2024 r. Oferty należy złożyć na wzorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozeznania rynku 131/2024.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Złożenie formularza ofertowego.

6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (wzór oferty)



Załącznik 1 do rozzeznania rynku nr 131/2024
Formularz ofertowy

W odpowiedzi na rozzeznanie rynku nr 131/2024 dotyczącego **zakupu pipet, końcówek do pipet oraz próbowek** w ramach projektu „Design and development of nanoparticle-RNA based drugs to be used in anti-cancer therapy with the construction of a nanoparticle platform for targeted delivery of therapeutic nucleic acids” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i terminami ujętymi w treści zamówienia:

1. DANE WYKONAWCY

Nazwa	
Adres	
NIP	
Dane kontaktowe: nr telefonu	
Dane kontaktowe: e-mail	

2. WARUNKI CENOWE

Nazwa zamówienia	Cena netto	Cena brutto	Waluta
1. Pipeta automatyczna 0,5 – 10 µL - typu Eppendorf Research® plus			
2. Pipeta automatyczna 10 – 100 µL typu Eppendorf Research® plus			
3. Pipeta automatyczna 20 – 200 µL - typu Eppendorf Research® plus 20 – 200 µL			
4. Pipeta automatyczna plus 100 – 1000 µL - typu Eppendorf Research® plus 100 – 1000 µl			



AGENCJA
BADAŃ
MEDYCZNYCH

5. Tipy - do pipet typu epT.I.P.S.® Standard			
6. Tipy - do pipet typu epT.I.P.S.® Standard			
7. Tipy - do pipet typu epT.I.P.S.® Standard			
8. Próbówki typu Eppendorf			
9. Próbówki typu Eppendorf			
SUMA:			

3. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu ofertowym są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data oraz czytelny podpis oferenta